



U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio

FAQ N. 1 DEL 15.11.2021

QUESITO N. 1:

- a) Si vuole analizzare IL1 alpha o IL1 beta?
- b) Si tratta di campioni umani?
- c) I campioni su cui si effettuerà l'analisi sono siero/plasma o surnatanti cellulari?
- d) Nel caso di siero/plasma si fa presente che l'analita RANTES (CCL5) necessita di una prediluizione 1:100 del campione e pertanto si suggerisce di non includerlo nel kit multiplex in quanto i valori potrebbero uscire fuori scala. In questo caso il cliente vuole analizzarlo separatamente mediante kit ELISA?
- e) E' accettabile un'offerta che preveda l'invio di 2 pannelli separati coprenti tutte le citochine richieste e cioè
 - Pannello a) MCP1/CCL2, RANTES/CCL5 (con riserva, vd punto 4), MDC/CCL22, IP10/CXCL10, IL1 (alpha o beta?), IL6, IL10, IL12p70, TNFalpha, IFN gamma, GM-CSF, IL17A, IL4, IL13
 - Pannello b) TARC/CCL17, I309/CCL1, TSLP, IL23, IL21

RISPOSTA QUESITO N. 1:

- a. IL1 beta
- b. Si, sono colture di cellule umane
- c. Surnatanti e sieri
- d. Inserire CCL5 nel pannello luminex
- e. Si è accettabile.


RUP
(Dot.ssa Ernestina Pierluigi)